



UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1

im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie

71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1



e-mail: szpital@usk1.szczecin.pl

www.usk1.szczecin.pl

Dyrektor Naczelny	(091) 425-30-02	Dyrektor d/s Pielęgniarstwa i Położnictwa	(091) 425-30-06
Dyrektor d/s Lecznictwa	(091) 425-30-04	Dyrektor d/s Promocji i Organizacji	(091) 425-38-18
Dyrektor d/s Ekonomiczno-Finansowych	(091) 425-30-05	Centrala	(091) 425-30-00
Dyrektor d/s Administracyjnych	(091) 425-05-03	Sekretariat fax (Szczecin)	(091) 425-30-01
Dyrektor d/s Eksploatacyjno-Technicznych	(091) 425-30-03	Sekretariat /fax (Police)	(091) 425-38-10/12

Szczecin, 07-07-2026 r.

DT.2316.5.2026.MM

151536.412314.335594

OGŁOSZENIE

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie
przy ul. Unii Lubelskiej 1,
zaprasza do złożenia oferty cenowej na następujące zadanie:

„Zakup, dostawa i montaż systemu do dezynfekcji obiegu ciepłej wody użytkowej wraz z usługą serwisową w USK nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1”

I. ZAKRES RZECZOWY USŁUGI

1. Zakres usługi dotyczy zakupu i montażu kompletnego systemu do dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej oraz zwalczaniu bakterii z gatunku *Legionelli sp.* w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie i obejmuje:
 - a) demontaż wraz z utylizacją istniejącego systemu do dezynfekcji (System JMS – dezynfekcja jonami srebra),
 - b) dostosowanie istniejącego przyłącza do potrzeb nowego systemu dezynfekcji,
 - c) zakup i dostawę nowego systemu do dezynfekcji za pomocą generatora dwutlenku chloru z podłączeniem do istniejącej instalacji,
 - d) uruchomienie systemu,
 - e) szkolenie z obsługi kontrolnej personelu technicznego szpitala,
 - f) instrukcję eksploatacji w języku polskim,
 - g) usługę serwisową min. jeden raz na trzy miesiące w okresie gwarancji (min. 24 m-ce),
 - h) przeprowadzenie 4 razy w roku (min. co 3 m-ce) badań wody w instalacji, w tym na zawartość:
 - bakterii *Legionelli sp.* (8 punktów poboru),
 - dwutlenku chloru (3 punkty poboru) – w przypadku dezynfekcji dwutlenkiem chloru.

II. WARUNKI REALIZACJI

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie systemu do dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej z przeznaczeniem do skutecznego zwalczania bakterii *Legionelli sp.* w obiegu c.w.u., za pomocą generatora dwutlenku chloru.
2. Informacje ogólne:
 - a) budynki szpitala zasilane są w c.w.u. z własnej kotłowni gazowo-olejowej,
 - b) ciepła woda użytkowa z kotłowni rozchodzi się na pięć węzłów: jeden węzeł zlokalizowany jest w budynku głównym, drugi w budynku CDiLND, trzeci w budynku CNTM, czwarty w budynku Ponadregionalnego Ośrodka Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego dla Dzieci, piąty w budynku Uniwersyteckiego Centrum Onkologii,
 - c) ogólne średnie zużycie wody ciepłej w szpitalu (kotłownia): **1.760,0 m³/m-c**, w tym:
 - d) w miejscu instalacji istniejącego generatora (przed wymiennikami), zamontowany jest wodomierz z nadajnikiem impulsów – dołączono zdjęcie licznika impulsowego zał. nr 5,
 - e) w kotłowni zlokalizowane są zasobniki c.w.u. o łącznej pojemności wynoszącej 9 m³ (3x3m³),
 - f) temperatura c.w.u. na zasilaniu – 65°C; na powrocie – 45°C,
 - g) na zamontowany system do dezynfekcji c.w.u. należy dołączyć certyfikaty dopuszczające montaż system na instalacji c.w.u. do celów pitnych lub certyfikat o użyciu ciepłej wody użytkowej z dopuszczoną zawartością ClO₂ co celów pitnych,
3. Usługa serwisowa, naprawy i przeglądy okresowe obejmują wszelkie niezbędne czynności konserwacyjne i naprawcze zabezpieczające sprawność urządzenia, a w szczególności:
 - a) regularną obsługę i nadzór, min. co 3 m-ce,
 - b) dojazd techników serwisowych,
 - c) naprawy bieżące urządzeń wynikające ze zdarzeń losowych i normalnej eksploatacji,
 - d) zapewnienie pomocniczych materiałów eksploatacyjnych do konserwacji i napraw, które ulegają zużyciu podczas normalnej eksploatacji np. uszczelki, śrubki, przewody itd.,
 - e) raporty o stanie chemikaliów i odbytych serwisów (spisany protokół i podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego),
 - f) odpowietrzenie i czyszczenie urządzenia generatora,
 - g) bezpłatna wymiana części zapasowych (robocizna),
 - h) zapewnienie w okresie umownym reagentów chemicznych do produkcji dwutlenku chloru,
 - i) czyszczenie urządzenia generatora lub elektrod miedzi i srebra,
4. W przypadku zgłoszonej usterki, maksymalny czas na usunięcie awarii wynosi 7 dni roboczych. W przypadku konieczności zamówienia części zamiennych niesprawny układ należy zabezpieczyć przed dalszymi uszkodzeniami, a termin naprawy (wynikający z terminu dostawy części) należy uzgodnić z Zamawiającym lecz nie może być on dłuższy niż 14 dni.
5. Na zamontowane nowe urządzenie generatora w Szpitalu w Szczecinie Wykonawca udzieli min. 24-miesięcznej gwarancji.

III. WYMAGANIA

W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków Zamawiający żąda:

1. Dołączenia dokumentu lub oświadczenia potwierdzającego bezpośredni i stały dostęp do części zamiennych zapewniający zachowanie terminów napraw wskazanych w opisie zamówienia.

Niezłożenie ww. załączników do oferty stanowi podstawę do jej odrzucenia.

IV. TERMIN REALIZACJI ZADANIA I PŁATNOŚĆ

1. Termin realizacji wynosi 24 miesiące od dnia podpisania umowy w tym:
 - montaż nowego systemu do dezynfekcji, w maksymalnym terminie do 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
2. Płatność za wykonane usługi nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury wraz z podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego protokołem montażu i rozruchu urządzenia lub protokołem serwisowym.
3. Faktura musi zawierać kolejno pozycje obciążenia za usługę serwisową oraz pozycję obciążenia za materiały.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wbudowane materiały i części zamienne będą rozliczane zgodnie z pkt. II ppkt 3 na podstawie zestawienia materiałów ze wskazaniem miejsca wbudowania. W przypadku kosztu do 500 zł netto włącznie Wykonawca musi uzyskać zgodę branżowego Inspektora USK 1 PUM. Za wbudowanie materiałów powyżej 500 zł netto wymagana jest pisemna zgoda Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Technicznych.
W/w materiały muszą być fabrycznie nowe i nie rekondycjonowane.
6. Wykonawca umowy nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.
7. W przypadku każdorazowego, stwierdzonego nieterminowego wykonania obowiązku, o którym mowa pkt II ppkt 4 opóźnienia naprawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300 zł - za każdy dzień opóźnienia.
8. W przypadku każdorazowego stwierdzonego nienależytego wykonania obowiązków umownych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w umowie.
9. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto należnego za realizację tej części umowy, od której wykonania odstąpiono.
- 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.**
11. Ofertę należy złożyć na druku załączonym do ogłoszenia stanowiącym załącznik nr 1.
12. Brak oferty na którykolwiek z zestawów stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
13. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Oferty prosimy składać wyłącznie na załączonym formularzu oferty do dnia **27.07.2026 r.** do godz. 10⁰⁰ w Dziale Technicznym USK 1 PUM lub przesłać pocztą e-mail na adres: marta.majewska@usk1.szczecin.pl lub dt@usk1.szczecin.pl

Kontakt:

Dział Techniczny Marta Majewska: 91 425 30 64

Z poważaniem

Dyrektor Naczelny

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM w Szczecinie

dr hab. n. med. Konrad Jarosz

/dokument podpisany elektronicznie/

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie**, z siedzibą: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin,

Dane kontaktowe:

- kontakt listowny na adres: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin,

- kontakt telefoniczny: 91 425 30 00

- kontakt e-mail: szpital@usk1.szczecin.pl

- inspektorem ochrony danych osobowych w **Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie** jest Pani/Pan:

- Witold Frankiewicz.

Dane do kontaktu:

listownie: *USK - 1, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin*

adres e-mail: iod@usk1.szczecin.pl

telefon: 91 4253305

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem na wyłonienie Wykonawcy do zadania:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.:

„Zakup, dostawa i montaż systemu do dezynfekcji obiegu ciepłej wody użytkowej wraz z usługą serwisową w USK nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1”

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez czas wynikający ze stosownych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

¹ **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

² **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.